



Curlin Continuo – Ambulatorio PASV

www.uihealthcare.com/homecare

1-888-262-6469

La bomba Curlin puede ser usada para infusiones de antibióticos, fluidos hidratantes, quimioterapia, líquidos nutrientes, y otras terapias. Su enfermera(o) y farmacéutico ya tendrán programada la bomba para operar con las ordenes de su médico cuando usted la reciba.

Antes de empezar:

1. Lávese bien las manos.
2. Prepare el área de trabajo.
3. Tenga los siguientes suministros:
 - a. Bomba Curlin.
 - b. Medicamento o bolsa con fluido (saque una hora antes de usar para entibiar).
 - c. *Tube intravenoso (IV.)*
 - d. Toallitas de alcohol.
 - e. 2 jeringas de saline – **SACAR EL AIRE**

Cambie el/los tubo(s) cada día.

La válvula debe ser cambiada semanalmente por la enfermera(o).

Una tapa roja NUEVA debe de ser usada en el terminal del tubo de medicamentos después de cada dosis si el tubo va a ser usado nuevamente.

Adjunte el equipo del tubo a la bomba

1. Abrir la parte superior de la bomba levantando el seguro en la parte superior y abra la puerta completamente hacia la derecha.
2. Ponga la lengüeta azul en la ranura a la altura de la flecha azul.
3. **Sin presionar en la parte superior del controlador de fluido**, inserte el controlador de fluido en un ángulo en la ranura del lado izquierdo en la dirección de la flecha amarilla.
4. Empuje el tubo ligeramente en la ranura del detector de aire de color negro.
5. Cierre la puerta de la bomba presionando firmemente en la puerta y cierre el seguro.

Enjuague el catéter y asegure el tubo al catéter.

1. Tenga lista y preparada una jeringa de Saline.

2. Limpie la válvula con una toallita de alcohol.
3. Desenrosque la tapa de la jeringa y enrosque la jeringa de Saline en la válvula. Inyecte el Saline usando pulso hasta completar.
4. Desenrosque la jeringa de Saline y enrosque el tubo intravenoso (IV) de medicamentos en la válvula.

Encienda la Bomba

1. Presione el botón de **ON/OFF**. La bomba empezara una rutina de diagnostico propio y sonara tres veces. Una serie de pantallas aparecerán.
2. La primera pantalla tiene una barra de color negro sobre **PROGRAM**, presione **YES (SI)**.
3. En la segunda pantalla, presione las flechas hacia abajo hasta que la barra negra este sobre **REPEAT RX**, presione **YES (SI)**.
4. Si la pantalla indica, **ALERT RX IN PROGRESS**, presione **YES (SI)**.
5. La bomba automáticamente pasara pantallas de confirmación.
6. Cuando la pantalla de **RUN (EMPEZAR)** aparece, presione el botón de **RUN (OPERAR)**.
7. La bomba estará trabajando. Usted vera una luz intermitente de color verde al lado de el botón de **ON/OFF (ENCENDER/APAGAR)** y la pantalla rotara dando información del estatus de la infusión durante la infusión.

Parar la infusión

1. Cuando la bomba avisa y dice **INFUSION COMPLETE (INFUSION COMPLETA)**, presione el botón de **RUN/PAUSE (OPERAR/PAUSA)**; luego presione el botón de **ON/OFF (ENCENDER/APAGAR)**. La bomba ahora esta apagada.
2. Desenrosque el tubo intravenoso (IV) de la válvula. Si usa el tubo para la próxima dosis, ponga una tapa roja nueva en el tubo de la válvula. Si no, descarte el tubo de medicación, ninguna tapa es necesaria.

Enjuagar el catéter

1. Limpie el terminal de la válvula con una toallita de alcohol.
2. Enrosque una jeringa normal de Saline. Inyecte el Saline completamente.

ALARMAS

Cuando la alarma suena, usted escuchará sonidos, la luz roja de la alarma estará intermitente y la pantalla mostrará la razón por la alarma.

Para silenciar la alarma, presione **SILENCE (silencio)**. Esto silenciará la alarma por un minuto.

Después de resolver la alarma presione **RUN/PAUSE (operar/pausar)** y luego resume la infusión presionando **YES (SI)**.

ALARMA AIR-IN-LINE	Aire en el tubo	Presione RUN/PAUSE . Abrir la parte superior de la bomba levantando el seguro en la parte superior de la puerta de la bomba y jale la puerta completamente hacia la derecha. Remueva el tubo y presione hacia abajo en la parte superior del control de flujo aplicando presión ligera en la bolsa de medicina hasta que el aire haya pasado el control de flujo. Ponga el tubo nuevamente y presione RUN/AUSE y continúe la infusión.
ALARMA DOOR OPEN OR SET NOT PROPERLY INSTALLED	La puerta de la bomba esta abierta o el tubo no está insertada correctamente.	Chequear la posición de el tubo y cierre la puerta de la bomba correctamente.
LOW BATTERY ALERT	La bomba está con la batería baja y sonará periódicamente y mostrara “Low battery message”	Apague la bomba presionando RUN/PAUSE y luego presione OFF . Reemplace las baterías. Presione ON , presione YES (SI) para continuar con la infusión. Presione RUN/PAUSE .
ALARMA EMPTY BATTERY	La batería no tiene suficiente energía para operar la bomba.	Reemplace las baterías como indicado arriba ó apague la bomba y conéctela a un adaptador de corriente alterna.
INFUSION COMPLETE	Infusión completa.	Presione RUN/PAUSE , agregue otra bolsa intravenosa y seleccione REPEAT (Repetir) para continuar la terapia o APAGUE la bomba presionando el botón de RUN/PAUSE (Operar/Pausar), luego el botón OFF (Apagar).
ALARMA UP OCCLUSION (la bomba detecta un bloqueo entre la bolsa de fluido y la bomba)	Tubo se encuentra doblado.	Presione RUN/PAUSE , arregle el tubo doblado y seleccione “Resume” YES para resumir la infusión. O Presione la flecha hacia abajo hasta “Repeat Rx”, presione YES , luego presione RUN/PAUSE para empezar la infusión.
ALARMA DOWN OCCLUSION (La bomba detecta un bloqueo entre la	El tubo ó el seguro de la línea están cerrados. Tubo doblado en la área inferior.	Abra el seguro. Enderece el tubo entre la bomba y el

bomba y el paciente)	Bloqueo de la línea intravenosa.	paciente. Enderece el brazo. Cambie la posición del cuerpo. Llame a la enfermera(o).
ALARMA HIGH UP PRESSURE	La bomba ha detectado presión en la bolsa intravenosa.	Presione RUN/PAUSE , chequear la presión excesiva en la bolsa de medicina, y reduzca la presión. Seleccione "Resume" presionando YES (SI) .
ALARMA SET NOT INSTALLED	El tubo no ha sido instalado correctamente en la bomba.	Chequear el tubo si ha sido insertado correctamente.
ALARMA REPLACE SET	La bomba ha detectado que el tubo debe de ser reemplazado.	Reemplace el juego de tubo.
ALARMA UNATTENDED PUMP	La bomba está pausada por más de dos minutos.	Presione RUN/PAUSE para resumir la infusión.
ERROR CODE	La bomba a detectado un error.	Apague la bomba, luego enciéndala y continúe con la infusión.

Para reemplazar las baterías: Abrir la puerta presionando el pin de seguridad con una moneda llevando la puerta de la batería hacia abajo.

CONSEJO: La luz verde es intermitente cuando la bomba está operando.

La luz es amarilla cuando la bomba esta pausada.

La luz roja es intermitente cuando hay una alarma.